

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.HB63.H00403

Срок действия с 10.11.2021 по 09.11.2024

№ 0494808

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", Место нахождения: 108801, город Москва, п Коммунарка, ул Потаповская Роща, д. 12 к. 2, этаж/пом подв./4 офис 14, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: openkaprosm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB63.
Дата регистрации аттестата аккредитации: 15.01.2020 года

ПРОДУКЦИЯ Банки лабораторные стеклянные градуированные с завинчивающейся крышкой; склянки лабораторные стеклянные с краном и без крана.
Серийный выпуск

код ОК

23.19.23.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 23932-90, ГОСТ 25338-82, ГОСТ 19808-86

код ТН ВЭД

7017900000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd» ("Нингбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.", Китай,). Адрес: 16F-1, Building 1, №98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province People's republic of China. Телефон: 86-574-87739070 87722370. Адрес электронной почты: info@china-greetmed.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «МиниМед». Адрес: Россия, 241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А. ОГРН: 1023202138332. Телефон: (4832) 92-97-97. Адрес электронной почты: info@minimed.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 32311.ИЛ01.СС0802 от 09.11.2021 года. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01. Дата регистрации свидетельства: 05.10.2020 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Н. Ю. Бизюкова

инициалы, фамилия

С. А. Заикин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ООО "МиниМед", 241520, Российская Федерация, Брянская область,
Брянский район, с. Супонеево, ул. Шоссейная, 17 А

Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832), 92-24-59, 92-24-61

ИНН 323-007127

www.minimed.ru

e-mail: info@minimed.ru



Производитель: NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD
18 F-3, Building No1, Wanda center, No 487, Yangmuj Road, Ningbo, China
Tel: 86-574-87739978 Fax: 86-574-87722366

E-Mail: info@greetmed.com Website: www.greetmed.com

Дистрибьютор в РФ и странах СНГ: ООО "МиниМед", Россия

Технические данные

Склянка лабораторная из тёмного стекла с узким горлом и притертой пробкой

1. Код производителя
1402

2. Область применения

Предназначены для использования при проведении химико-аналитических, биологических, санитарно-гигиенических, фармацевтических работ, а также для хранения различных жидких и сыпучих химических веществ, в том числе летучих, фотолabileльных и пахучих, в лабораторных условиях. Разработаны для хранения химических веществ, в том числе летучих, фотолabileльных и пахучих.

3. Используемый материал

№	Компонент	Материал	ООО «МИНИМЕД»	
1	Склянка	Стекло	ПЕРЕВОД ВЕРЕН	
2	Пробка	Стекло		
3	Промежуточная упаковка	3-слойный гофрированный картон		
4	Транспортная упаковка	5-слойный гофрированный картон		

4. Размеры

Артикул	Код	Объем, мл	Высота, мм	Ø основания склянки, мм	Внутренний Ø горловины, мм
10003201	1402	30	80 ± 5,0	40 ± 5,0	18 ± 2,0
10003202		60	90 ± 5,0	46 ± 5,0	22 ± 2,0
10003203		125	110 ± 6,0	57 ± 5,0	22 ± 4,0
10003204		250	140 ± 6,0	70 ± 6,0	25 ± 4,0
10003205		500	170 ± 6,0	85 ± 6,0	30 ± 4,0
10003206		1000	190 ± 7,0	106 ± 7,0	35 ± 5,0
10003207		2500	290 ± 8,0	145 ± 8,0	45 ± 5,0
10003208		5000	350 ± 9,0	180 ± 9,0	58 ± 5,0
10003209		10000	445 ± 10,0	220 ± 10,0	58 ± 5,0

5. Серия

Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке

6. Условия хранения

Изделия должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре ≤40°C и относительной влажности ≤80%.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию